

検査にあたって（必ずお読みください）

- ◎検査時間は、内容によりますが、おおよそ30分～60分です。
- ◎検査中は工事現場のような大きな音がしますので、ヘッドホンや耳栓で遮音対策をします。
適切に遮音対策を行った場合にはMR検査後にめまいや耳鳴りを生じることはほとんどなく、もし起こったとしても、そのほとんどが一過性の症状とされています。
万が一、MR検査直後から生じためまい、耳鳴りなどが長時間残る場合は主治医にご相談ください。
- ◎当院では検査を安全に行うため、検査着に着替えをして検査を受けていただきます。
金属のついた衣服や装飾品は避け、着替えのしやすい服装でお越しください。
- ◎検査時はコンタクトレンズを外していただきます。
メガネでお越しいただくか、ケース、保存液などのご準備をお願いします。
- ◎検査時は着脱可能な義歯を外していただきます。
虫歯治療で使用している金属は、通常問題なく検査を受けていただけます。
歯列矯正、インプラントで金属を使用している場合には、歯科医院で安全の確認をしてください。
- ◎金属を含んでいる化粧品〔マスカラ・アイシャドー・増毛パウダー・白髪隠しなど〕は、
使用せずにお越しください。検査を中止させていただく場合があります。
- ◎ジェルネイル、マグネットネイルなどは金属成分が含まれており、検査を受けることで発火、火傷、
変色、変質などの可能性が考えられますので、落として検査を受けてください。
- ◎服用中のお薬がある場合は、普段どおり服用してください。
- ◎MR検査非対応の心臓ペースメーカー、人工内耳、神経刺激装置などの電子機器およびMR検査非対応の
動脈瘤クリップや磁石を使った義眼などを埋め込まれている患者様は検査を受けることができません。
- ◎条件付きMR検査対応心臓ペースメーカーを埋め込まれている患者様は、無条件でMR検査が受けられる
訳ではありません。『心臓内科医の診察→検査予約→検査実施』と当院の規定に従って受けていただく
必要があります。必ず予約時に申し出てください。
既定の手順が守られていない場合や当日の持ち物（ペースメーカー手帳など）に不備があった場合は、
検査中止とさせていただきます。
- ◎一つの基準として、『2000年以降に埋め込まれた冠動脈ステントやMR検査対応の脳動脈瘤クリップ、
各種整形外科用インプラント』は通常問題なく検査を受けられます。
しかし、製品によっては画質や身体に影響が出ることがあります。検査担当者へお伝えください。
- ◎体内金属の安全性に関しましては、

- ①埋め込みを受けられた医療機関にて「安全にMR検査を受けられる物品である」ことを
確認していただく
- ②埋め込みを受けられてから、1度でもMR検査を受けられたことがあり、安全に終了した

上記のいずれかの条件を満たされている場合は、安全に検査が行えると判断します。

- ◎閉所恐怖症の方、妊婦あるいは妊娠の可能性のある方、入れ墨やタトゥーをされている方、
金属が身体に埋められている方は検査担当者へお伝えください。

緊急検査や機械トラブルなどで、予約時間より遅れる場合がございます。

あらかじめ、ご了承ください。

MR 検査を受けられる方へ

以下の物が体内に埋め込まれている方は、必ず事前に主治医に申告してください。
『MR 検査対応』であっても、適切な処置を施さないまま検査を受けた場合、生命に関わる重大な事故を引き起こす場合があります。

MR 検査の危険性をご承知の上、安全な検査運用にご協力ください。

① MR 検査を受けられません




MR 検査非対応
ペースメーカー




人工内耳
神経刺激装置

② 適切な処置が必要です




MR 検査対応
ペースメーカー
(※)




脳室シャント

(※) 当院規定の MR 検査ワークフローに基づいて検査予約を行ってください。

③ 通常は安全に MR 検査を受けることができます



ステント
ステントグラフト



脳動脈瘤クリップ
(MR 検査対応のもの)



人工関節
骨折治療用金属



歯科インプラント

ただ製品によっては、画質や身体に影響が出る場合がありますので、
身体に入っている場合は、検査時に担当者へお伝えください。

④ 検査中に怪我・火傷・変色・色素沈着の恐れがあります



刺青
タトゥー
アートメイク

MR 検査を受けられる方へ

当院にて MR 検査を受けられる際には、検査着への着替えをお願いしております。

また、以下の物を身につけたまま MR 検査室へ入室すると、怪我や火傷、機器の故障など大きな事故につながり大変危険です。


検査当日は金属のついた衣服や装飾品は避け、着替えのしやすい服装でお越しください。



補聴器



入れ歯



コンタクトレンズ



腕時計
金属小物
ライター
かぎ



財布
磁気カード類



携帯電話
電子機器



使い捨てカイロ
エレキバン
湿布
貼り薬



アクセサリー
指輪
ピアス
ポディーピアス



ヘアピン
かつら
髪止め



ブラジャー
金属のついた
衣類や下着



保温性下着
ヒートテックなど



マスカラ
アイシャドウ
ジェルネイル
マグネットネイル
増毛パウダー
増毛スプレー
白髪隠し
(金属成分が
含まれるもの)



素材のわからない
もの